

例1-3

始業点検記録 TV 年 月

		点検内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
動作・安全性 に関わる点 検	異音・異臭の確認	確認															
	コンソール上の表示確認	確認															
	寝台の動作・安全確認	動作確認															
	天板の動作・安全確認	動作確認															
	手摺・足台の耐加重	確認															
	ケーブルの状態	確認															
品質・精度に 関わる点検	エージング	実施															
	照射野ランプの確認	実施															
	照射野・可動絞りの動作確認	動作確認															
	自動輝度制御装置	確認															
室内環境・ 清掃に関わ る点検	自動露出調整機構	確認															
	操作室、検査室の温度・湿度	確認															
	装置の清掃	清掃・確認															
	検査室内の清掃	清掃・確認															
その他の点 検	酸素・吸引機の動作確認	動作確認															
	バリウム注入器の動作確認	動作確認															
点検者																	

備考	所属長	放射線機器管理士

良好:○ 問題有り:× 問題解決:△(×・△:備考欄に要点記入)